



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

11273

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

6 июля 2021 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии (№ 08-17 от 31.08.2017) утвержден тип средств измерений

"Счетчики холодной и горячей воды ВСКМ 90",

изготовитель - **ООО "ПК Прибор", г. Москва,
Российская Федерация (RU),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 07 6378 17** и допущен к применению в Республике Беларусь с 31 августа 2017 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель комитета



[Signature]
В.В.Назаренко

31 августа 2017 г.

Государственный комитет
по стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

31.08.2017 №08-2017

г. Минск

заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

Повестка дня:

8. Рассмотрение вопросов признания результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 (в т.ч. продление срока действия утверждения типа), признания результатов поверки согласно ПМГ 06-2001.

8.7. СЛУШАЛИ:

Маковскую Т.П. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа "Счетчики холодной и горячей воды ВСКМ 90", изготовитель – ООО "ПК Прибор", г. Москва, Российская Федерация, и признании результатов поверки согласно ПМГ 06-2001.

РЕШИЛИ:

8.7.1. Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Счетчики холодной и горячей воды ВСКМ 90", проведенных Ростест-Москва, Российская Федерация, и дополнительных испытаний, проведенных БелГИМ, Республика Беларусь.

8.7.2. Утвердить тип **"Счетчики холодной и горячей воды ВСКМ 90"** и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь.

8.7.3. Допустить к применению "Счетчики холодной и горячей воды ВСКМ 90" только в экспортном исполнении в соответствии с СТБ ISO 4064-1-2007 с маркировкой на счетчиках знака утверждения типа Республики Беларусь.

8.7.4. Выдать ООО "ПК Прибор", г. Москва, Российская Федерация, сертификат об утверждении типа со сроком действия до 06.07.2021.

8.7.5. Счетчики метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

8.7.6. Признавать результаты первичной поверки счетчиков с DN до 100 мм при выпуске из производства проводимой ООО "ПК Прибор" (аттестат аккредитации – №РОСС.RU.0001.310203, шифр поверительного клейма – ГКХ).

8.7.7. Поверку для Республики Беларусь проводить по СТБ 8046-2015 "Счетчики холодной питьевой воды и горячей воды. Методика поверки" с указанием ссылки на данный СТБ в паспорте прибора.

8.7.8. Установить межповерочный интервал – не более 24 месяцев (для счетчиков воды с DN до 20 мм вкл.), не более 48 месяцев (для счетчиков воды с DN свыше 20 мм).

Председатель

Ю.В. Задрейко

Секретарь

Н.Д. Ляхова

ВЕРНО

Н.Д. Ляхова

31.08.2017

